

עדכונים והבהרות למכרז לרכישת ציוד רפואי וטרינרי

1. בנספח א' 1, סעיף 7 – מפרט טכני של מנורת הניתוח.
 להלן מפרט מעודכן למנורת הניתוח:

מנורת ניתוח לד 2 ראשי תאורה

פרמטרים הכרחיים

1. אחריות- מינימום שנתיים
2. מתחבר לתקרה
3. עוצמת הארה – מינימום 150K LUX -1 מטר מהשולחן
4. החלפת נורה פשוטה ללא צורך בהחלפה של כל הפאנל
5. זרוע נוספת למוניטור ללא תוספת תשלום
6. יכולת מיקוד תאורה 18-25 ס"מ
7. לכל ראש תאורה זרוע עצמאית בעלת שני מפרקים
8. חיי תאורת לד לפחות 40,000 שעות
9. טמפרטורת צבע 4400° K עד 5000° K

2. בנוסף, להלן מפרט של מנורת לד לבדיקה, אשר תתווסף לציוד הרשות:

מנורת לד לבדיקה

- ראש אחד
 אופציה של תליה מן התקרה או מהקיר
 ראש עד 35 ס"מ
 זרוע שני מפרקים
 הפעלת המנורה מגוף התאורה
 רדיוס סיבוב סביב ציר חיבור לקיר 130 מעלות לפחות
 אורך חיי לד 40,000 שעות לפחות
 עוצמת הארה 80,000 לוקס לפחות מ 0.7 מ לפחות
 קוטר שדה 16 ס"מ לפחות
 יש לציין מס' נורות

